


防爆标别、级别和温度组别

隔爆热电偶的防爆标志表示方法



电气设备的类别、级别和温度组别说明：

电气设备分为二类：Ⅰ类--煤矿井下用电气设备；

Ⅱ类--工厂用电气设备。

防爆等级

隔爆热电偶的防爆等级按其适用于爆炸性气体混合物最大安全间隙分为A、B、C三级。

温度组别

隔爆热电偶的温度组别按其外露部分最高表面温度分为T1~T6六组。

温度组别	允许最高表面温度
T1	450℃
T2	300℃
T3	200℃
T4	135℃
T5	100℃
T6	85℃